

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-II-G

Katalógové číslo	E - 491
Šarža	01 01 20
Dátum výroby	27.01.2020
Dátum expirácie	27.10.2020

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,170
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,719
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,607

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.1.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131