

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	02 02 20
Dátum výroby	24.02.2020
Dátum expirácie	24.11.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,003
6,25 U.ml ⁻¹	0,388
12,5 U.ml ⁻¹	0,623
25 U.ml ⁻¹	0,995
50 U.ml ⁻¹	1,440
100 U.ml ⁻¹	1,820

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,334	5,01
pozitívna	31 ± 6	1,198	34,24

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 24.02.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril: