

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	E - 351
Šarža	04 04 20
Dátum výroby	24.04.2020
Dátum expirácie	24.04.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,005
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,485
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,715
25 U.ml <sup>-1</sup>	1,062
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,417
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,761

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 8	0,051	0,103
pozitívna	46 ± 9	1,363	44,780

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.4.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131