

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	04 04 20
Dátum výroby	24.04.2020
Dátum expirácie	24.04.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,009
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,208
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,387
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,704
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,156
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,787

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 12	0,025	0,576
pozitívna	35 ± 7	0,888	34,003

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.4.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

