

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	E - 233
Šarža	04 04 20
Dátum výroby	24.04.2020
Dátum expirácie	24.10.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,069
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,275
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,473
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,824
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,364
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,910

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,177	2,83
pozitívna	31 ± 6	1,199	32,78

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.4.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131