

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	E - 234
Šarža	04 04 20
Dátum výroby	24.04.2020
Dátum expirácie	24.10.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,008
5 U.ml ⁻¹	0,383
10 U.ml ⁻¹	0,690
20 U.ml ⁻¹	1,066
40 U.ml ⁻¹	1,381
80 U.ml ⁻¹	1,692

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,121	1,37
pozitívna	30 ± 6	1,278	31,44

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.4.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131