

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-A,G-200

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	04 04 20
Dátum výroby	24.04.2020
Dátum expirácie	24.01.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,010	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	0,147	0,247
12,5 U.ml ⁻¹	0,284	0,465
25 U.ml ⁻¹	0,528	0,741
50 U.ml ⁻¹	0,964	1,149
200 U.ml ⁻¹	1,754	1,728

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,018	0,70
pozitívna	33 ± 7	0,716	35,46

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,044	1,05
pozitívna	31 ± 6	0,924	35,37

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.4.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131