

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	E - 231
Šarža	05 05 20
Dátum výroby	27.05.2020
Dátum expirácie	27.05.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,027
5 U.ml ⁻¹	0,181
10 U.ml ⁻¹	0,357
20 U.ml ⁻¹	0,635
40 U.ml ⁻¹	1,167
80 U.ml ⁻¹	1,882

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,103	2,89
pozitívna	35 ± 7	1,046	35,06

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.5.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131