

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	E - 232
Šarža	05 05 20
Dátum výroby	27.05.2020
Dátum expirácie	27.05.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,030
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,268
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,459
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,807
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,219
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,659

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,194	3,27
pozitívna	34 ± 7	1,087	32,07

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.05.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE SK  
tel.: 055/633 6753, 622 8131