

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	05 05 20
Dátum výroby	27.05.2020
Dátum expirácie	27.11.2020

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,009
6,25 U.ml ⁻¹	0,281
12,5 U.ml ⁻¹	0,458
25 U.ml ⁻¹	0,742
50 U.ml ⁻¹	1,170
100 U.ml ⁻¹	1,414

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 14	0,258	5,54
pozitívna	35 ± 7	0,933	34,34

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.5.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131