

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	E - 235
Šarža	05 05 20
Dátum výroby	27.05.2020
Dátum expirácie	27.11.2020

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,092	0,009
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,280	0,322
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,497	0,549
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,784	0,889
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,263	1,241
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,748	1,551

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,158	2,61
pozitívna	31 ± 6	1,152	34,58

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,045	0,40
pozitívna	32 ± 6	1,131	31,87

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 4, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.5.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131