

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A-200

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 244 |
| Šarža | 06 06 20 |
| Dátum výroby | 26.06.2020 |
| Dátum expirácie | 26.03.2021 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA |
|-------------------------|------------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,005 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,126 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,232 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,501 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 0,839 |
| 200 U.ml ⁻¹ | 1,597 |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna | < 9 | 0,008 | 0,20 |
| pozitívna | 29 ± 6 | 0,500 | 24,92 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.6.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131