

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M semikvantitatívna

Katalógové číslo	E - 243 semikvant.
Šarža	06 06 20
Dátum výroby	26.06.2020
Dátum expirácie	26.03.2021

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,029
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,676
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,661

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 32, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.6.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131