

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-II-A

Katalógové číslo	E - 470
Šarža	07 07 20
Dátum výroby	22.07.2020
Dátum expirácie	22.04.2021

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,206
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,710
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,523

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.7.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☐  
tel.: 055/633 6753, 622 8131