

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	E – 348
Šarža	07 07 20
Dátum výroby	22.07.2020
Dátum expirácie	22.04.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,010	0,003
6,25 U.ml ⁻¹	0,225	0,346
12,5 U.ml ⁻¹	0,437	0,580
25 U.ml ⁻¹	0,793	0,965
50 U.ml ⁻¹	1,294	1,382
100 U.ml ⁻¹	1,814	1,714

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 10	0,121	3,33
pozitívna	45 ± 9	1,273	48,63

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 18	0,200	2,97
pozitívna	48 ± 10	1,428	54,47

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 20, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.7.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131