

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- α -LAKTALBUMÍN-II-A

Katalógové číslo	E - 480
Šarža	09 09 20
Dátum výroby	25.09.2020
Dátum expirácie	25.03.2021

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	Norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,072
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,675
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	2,038

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 27, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.09.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131