

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	09 09 20
Dátum výroby	25.09.2020
Dátum expirácie	25.09.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,010
6,25 U.ml ⁻¹	0,267
12,5 U.ml ⁻¹	0,509
25 U.ml ⁻¹	0,887
50 U.ml ⁻¹	1,468
100 U.ml ⁻¹	2,073

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,207	4,797
pozitívna	35 ± 7	1,159	35,45

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.9.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

