

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	E - 235
Šarža	09 09 20
Dátum výroby	25.9.2020
Dátum expirácie	25.3.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,062	0,013
5 U.ml <sup>-1</sup>	0,257	0,383
10 U.ml <sup>-1</sup>	0,461	0,610
20 U.ml <sup>-1</sup>	0,781	0,933
40 U.ml <sup>-1</sup>	1,271	1,269
80 U.ml <sup>-1</sup>	1,747	1,612

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,111	1,91
pozitívna	28 ± 6	1,027	28,93

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,062	0,342
pozitívna	28 ± 6	1,159	31,73

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 4, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.9.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131