

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 246 |
| Šarža | 09 09 20 |
| Dátum výroby | 25.09.2020 |
| Dátum expirácie | 25.06.2021 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA | protilátky anti IgG |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,010 | 0,007 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,192 | 0,374 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,358 | 0,648 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,680 | 1,005 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,211 | 1,442 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,748 | 1,743 |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 9 | 0,023 | 0,60 |
| pozitívna | 29 ± 6 | 0,813 | 30,41 |

Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 9 | 0,067 | 0,79 |
| pozitívna | 31 ± 6 | 1,180 | 33,07 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.09.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131