

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E – 211 |
| Šarža | 10 10 20 |
| Dátum výroby | 23.10.2020 |
| Dátum expirácie | 23.04.2021 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgG |
|-------------------------|---------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,011 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,265 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,403 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,673 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,064 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,621 |

Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 14 | 0,146 | 2,16 |
| pozitívna | 49 ± 9 | 0,989 | 44,45 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.10.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131