

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	11 11 20
Dátum výroby	23.11.2020
Dátum expirácie	23.08.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,010
6,25 U.ml ⁻¹	0,297
12,5 U.ml ⁻¹	0,523
25 U.ml ⁻¹	0,812
50 U.ml ⁻¹	1,127
200 U.ml ⁻¹	1,624

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,048	0,74
pozitívna	32 ± 6	0,943	33,34

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.11.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131