

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	E - 246
Šarža	11 11 20
Dátum výroby	23.11.2020
Dátum expirácie	23.08.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	0,006	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	0,275	0,430
12,5 U.ml ⁻¹	0,520	0,765
25 U.ml ⁻¹	0,949	1,173
50 U.ml ⁻¹	1,481	1,568
100 U.ml ⁻¹	2,037	1,927

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,018	0,31
pozitívna	30 ± 6	1,090	30,18

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,060	0,66
pozitívna	32 ± 6	1,328	32,52

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.11.2020

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova
BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

Harmon