

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti- $\beta$ -LAKTOGLOBULÍN-II-G

Katalógové číslo	E – 461
Šarža	11 11 20
Dátum výroby	23.11.2020
Dátum expirácie	23.08.2021

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,075
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,694
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,684

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 11, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.11.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131