

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	E - 353
Šarža	12 12 20
Dátum výroby	18.12.2020
Dátum expirácie	18.12.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,368
12,5 U.ml ⁻¹	0,682
25 U.ml ⁻¹	1,066
50 U.ml ⁻¹	1,586
100 U.ml ⁻¹	1,960

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 12	0,311	5,227
pozitívna	33 ± 7	1,133	27,700

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 18.12.2020

Vedúca výrobného oddelenia:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

