

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M **semikvantitatívna**

Katalógové číslo	E - 243 semikvant.
Šarža	03 03 21
Dátum výroby	22.03.2021
Dátum expirácie	22.12.2021

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,037
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,711
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,170

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 32, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2021

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova
BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

Harman