

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	03 03 21
Dátum výroby	22.03.2021
Dátum expirácie	22.12.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	0,360
12,5 U.ml ⁻¹	0,689
25 U.ml ⁻¹	1,083
50 U.ml ⁻¹	1,502
100 U.ml ⁻¹	1,941

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,076	1,31
pozitívna	32 ± 6	1,276	34,52

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 22.03.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131