

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	03 03 21
Dátum výroby	22.03.2021
Dátum expirácie	22.12.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,003
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,192
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,346
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,590
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,947
200 U.ml <sup>-1</sup>	1,475

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,033	0,82
pozitívna	32 ± 6	0,689	30,82

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131