

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 246 |
| Šarža | 03 03 21 |
| Dátum výroby | 22.03.2021 |
| Dátum expirácie | 22.12.2021 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgA | protilátky anti IgG |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,010 | 0,005 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,279 | 0,360 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,486 | 0,689 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,843 | 1,083 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,440 | 1,502 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,771 | 1,941 |

Protilátky triedy IgA

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 9 | 0,022 | 0,28 |
| pozitívna | 31 ± 6 | 0,998 | 30,50 |

Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| negatívna | < 9 | 0,076 | 1,31 |
| pozitívna | 32 ± 6 | 1,276 | 34,52 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 23, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131