

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-M

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 353 |
| Šarža | 04 04 21 |
| Dátum výroby | 26.04.2021 |
| Dátum expirácie | 26.04.2022 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgM |
|-------------------------|------------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,006 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,300 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 0,533 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 0,859 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,302 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,882 |

Protilátky triedy IgM

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna | < 12 | 0,303 | 6,312 |
| pozitívna | 47 ± 9 | 1,203 | 43,556 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.4.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

