

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-II-G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 491 |
| Šarža | 04 04 21 |
| Dátum výroby | 26.04.2021 |
| Dátum expirácie | 26.01.2022 |

| Parametre výstupnej kontroly | Absorbancia 450 nm a 630 nm | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | norma | nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna | do 0,500 | 0,211 |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná) | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,655 |
| kontrolná vzorka pozitívna | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,500 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.17, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.4.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE 01
tel.: 055/633 6753, 622 8131