

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	E – 211
Šarža	05 05 21
Dátum výroby	24.05.2021
Dátum expirácie	24.11.2021

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,053
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,199
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,341
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,609
50 U.ml <sup>-1</sup>	0,990
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,511

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 14	0,154	4,44
pozitívna	42 ± 8	0,819	37,40

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.05.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE 01  
tel.: 055/633 6753, 622 8131