

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	E - 234
Šarža	05 05 21
Dátum výroby	24.05.2021
Dátum expirácie	24.11.2021

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,010
5 U.ml ⁻¹	0,365
10 U.ml ⁻¹	0,662
20 U.ml ⁻¹	0,989
40 U.ml ⁻¹	1,368
80 U.ml ⁻¹	1,648

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,031	0,35
pozitívna	30 ± 6	1,195	29,16

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.05.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131