

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	E - 244
Šarža	06 06 21
Dátum výroby	25.06.2021
Dátum expirácie	25.03.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,008
6,25 U.ml ⁻¹	0,240
12,5 U.ml ⁻¹	0,450
25 U.ml ⁻¹	0,791
50 U.ml ⁻¹	1,324
100 U.ml ⁻¹	1,780

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,035	0,79
pozitívna	32 ± 6	0,897	29,24

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 5, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 25.06.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131