

## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	06 06 21
Dátum výroby	25.06.2021
Dátum expirácie	25.03.2022

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,007
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,382
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,646
25 U.ml <sup>-1</sup>	1,036
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,499
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,825

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 9	0,067	0,64
pozitívna	31 ± 6	1,222	32,91

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly 25.06.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131