

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	E - 245
Šarža	06 06 21
Dátum výroby	25.06.2021
Dátum expirácie	25.03.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0 U.ml ⁻¹	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	0,236
12,5 U.ml ⁻¹	0,433
25 U.ml ⁻¹	0,729
50 U.ml ⁻¹	1,056
200 U.ml ⁻¹	1,720

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna	< 9	0,051	1,12
pozitívna	31 ± 6	0,838	31,50

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 7, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.06.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131