

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- CANDIDA-II-G

| | |
|------------------|------------|
| Katalógové číslo | E - 352 |
| Šarža | 07 07 21 |
| Dátum výroby | 20.07.2021 |
| Dátum expirácie | 20.07.2022 |

Parametre výstupnej kontroly

| Štandardy | protilátky anti IgG |
|-------------------------|------------------------------------|
| | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm |
| 0 U.ml ⁻¹ | 0,010 |
| 6,25 U.ml ⁻¹ | 0,772 |
| 12,5 U.ml ⁻¹ | 1,046 |
| 25 U.ml ⁻¹ | 1,225 |
| 50 U.ml ⁻¹ | 1,393 |
| 100 U.ml ⁻¹ | 1,515 |

Protilátky triedy IgG

| Kontrolné vzorky | Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹ | Absorbancia pri 450 nm a 630 nm | Nameraná hodnota U.ml ⁻¹ |
|------------------|---|------------------------------------|--|
| negatívna | < 12 | 0,789 | 6,527 |
| pozitívna | 37 ± 7 | 1,309 | 35,246 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 26, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.07.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131