



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-G

Katalógové číslo	REF	E - 271
Šarža	LOT	12 12 21
Dátum výroby		20.12.2021
Dátum expirácie		20.09.2022

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,105
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,665
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,638

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 13, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.12.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131