



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-LAKTÓZA-II-A

Katalógové číslo	REF	E - 470
Šarža	LOT	12 12 21
Dátum výroby		20.12.2021
Dátum expirácie		20.09.2022

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	nameraná
kontrolná vzorka negatívna	do 0,500	0,215
kontrolná vzorka cut off (hraničná)	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,707
kontrolná vzorka pozitívna	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,517

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 12, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.12.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131