



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E – 348
Šarža	LOT	12 12 21
Dátum výroby		20.12.2021
Dátum expirácie		20.09.2022

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	protilátky anti IgG
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	0,010	0,006
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	0,233	0,294
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	0,428	0,555
25 U.ml <sup>-1</sup>	0,836	0,899
50 U.ml <sup>-1</sup>	1,331	1,278
100 U.ml <sup>-1</sup>	1,771	1,586

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 10	0,035	0,66
pozitívna	55 ± 11	1,298	47,61

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna	< 18	0,061	1,23
pozitívna	45 ± 9	1,212	44,07

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 20, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 20.12.2021

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131