






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-SÓJA-A

Katalógové číslo	REF	E-390
Šarža	LOT	01 01 22
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.10.2022

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,133
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,652
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,874

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 16, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.1.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Jaroslav

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

AC200501WA

