



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	010122
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.01.2023

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,030	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,213	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,386	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,711	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,178	
80 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,941	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,155	3,41
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	0,916	27,93

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalikova*

Preveril:

*Janina*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131