



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	010122
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.01.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,030		0,014	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,213		0,303	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,386		0,523	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,711		0,849	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,178		1,179	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,941		1,509	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,155	3,41
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	0,916	27,93

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,392	6,92
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	1,00	27,21

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131