









## OSVEDČENIE O SÚPRAVE



### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	010122
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.07.2022

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> 	0,044	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> 	0,203	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> 	0,412	
25 U.ml <sup>-1</sup> 	0,699	
50 U.ml <sup>-1</sup> 	1,095	
80 U.ml <sup>-1</sup> 	1,559	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna 	< 9	0,138	3,50
pozitívna 	31 ± 6	0,933	30,72

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131