



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	010122
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.07.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,008	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,407	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,694	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	1,020	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,345	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,731	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,054	0,427
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	31 ± 6	1,23	31,48

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131