



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	010122
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.07.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,044		0,008	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,203		0,407	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,412		0,694	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,699		1,020	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,095		1,345	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,559		1,731	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,138	3,50
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	31 ± 6	0,933	30,72

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,054	0,427
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	31 ± 6	1,230	31,48

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131