

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-352
Šarža	LOT	01 01 22
Dátum výroby		25.01.2022
Dátum expirácie		25.01.2023

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	CAL 1	0,015
6,25 U.ml ⁻¹	CAL 2	1,075
12,5 U.ml ⁻¹	CAL 3	1,338
25 U.ml ⁻¹	CAL 4	1,644
50 U.ml ⁻¹	CAL 5	1,829
100 U.ml ⁻¹	CAL 6	1,925

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 12	0,722	5,319
pozitívna 	35 ± 7	1,762	36,318

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.01.2022

Vedúca výrobného oddelenia:


BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

Preveril:

