









OSVEDČENIE O SÚPRAVE



ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	REF	E-243
Šarža	LOT	02 02 22
Dátum výroby		21.02.2022
Dátum expirácie		21.11.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ 	0,008	
6,25 U.ml ⁻¹ 	0,210	
12,5 U.ml ⁻¹ 	0,394	
25 U.ml ⁻¹ 	0,679	
50 U.ml ⁻¹ 	1,210	
100 U.ml ⁻¹ 	1,729	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,042	1,14
pozitívna 	28 ± 6	0,772	29,07

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.02.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131