



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	02 02 22
Dátum výroby		21.02.2022
Dátum expirácie		21.11.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,008		0,005	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,213		0,328	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,384		0,556	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,686		0,939	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,184		1,288	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,677		1,777	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,025	0,52
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	29 ± 6	0,749	27,74

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,136	1,90
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	30 ± 6	1,066	31,79

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.02.2022

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
 výrobné družstvo, Košice
 Garbiarska 2
 040 01 KOŠICE ☐
 tel.: 055/633 6753, 622 8131