



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G-200

Katalógové číslo	REF	E-245/200
Šarža	LOT	02 02 22
Dátum výroby		21.02.2022
Dátum expirácie		21.11.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,005	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,188	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,365	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,605	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	0,924	
200 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,503	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,073	2,48
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 ± 6	0,672	29,36

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 21.02.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Jaroslav

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O200809YB

