



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	03 03 22
Dátum výroby		25.03.2022
Dátum expirácie		25.09.2022

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,070
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,291
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,491
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,803
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,221
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,655

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,152	2,14
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	32 ± 6	1,024	29,23

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.03.2022

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalová

Preveril:

Tatár

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L201117CC

